

ENDODONTISCHE REVISION

# HyFlex™ Remover

NEU



Das entscheidende Teil für Ihre  
endodontische Revision

[remover.coltene.com](http://remover.coltene.com)

 **COLTENE**

- Eine Feile zur Entfernung von Füllungsmaterialien aus dem Wurzelkanal<sup>1</sup>
- Respektiert die Anatomie des Wurzelkanals\*
- Wirksam ohne Lösungsmittel\*
- Sicher dank nicht schneidender Spitze

## BESTELLINFORMATIONEN



**30/.07**  
 Max. Drehmoment: **2,5 Ncm**  
 Drehzahl: **400-800 U/min**


**HyFlex Remover, 5 Stk.**

19 mm      23 mm

30/.07 Remover Feile



**60023649    60023648**



◀ Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie das Verfahren mit HyFlex EDM Aufbereitungsfeilen abschließen. Sie können auch ein anderes Feilensystem wie HyFlex CM oder ein System Ihrer Wahl verwenden.



Weitere Informationen über HyFlex finden Sie in der Broschüre oder auf unserer Website **hyflex.coltene.com**.

© COLTENE – www.coltene.com

**Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG**  
 Raiffeisenstraße 30  
 89129 Langenau / Germany  
 T +49 7345 805 0  
 F +49 7345 805 201  
 info.de@coltene.com

**Coltene/Whaledent AG**  
 Feldwiesenstrasse 20  
 9450 Altstätten / Switzerland  
 T +41 71 757 5300  
 F +41 71 757 5301  
 info.ch@coltene.com

**Coltene/Whaledent Inc.**  
 235 Ascot Parkway  
 Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA  
 T +1 330 916 8800  
 F +1 330 916 7077  
 info.us@coltene.com

\* MicroMega Daten „Validation report of Remover: Pr Franck Diemer, ICRE. Evaluation du One Flare en désobturation. Evaluation d'un instrument de désobturation : le Remover.“ 2019.10

<sup>1</sup> Zugelassen für Guttapercha

**COLTENE**